

2025年秋季増刊 (2025.8.25 頃発売予定 発行 25,000 部 約 240ページ B5判)

手術室医療看護専門誌

オペナーシング 増刊

最新情報、機器ごとの注意点、アセスメントに使える知識が学べるQ&Aつき！

麻酔科医・さぬちゃん先生 & エキスパート臨床工学技士が

基本情報からトラブル対応までわかりやすく解説！

手術室のME機器

プランナー・監修：讃岐美智義 NHO呉医療センター 臨床研究部長・中央手術部長・麻酔科科長

目次

はじめに 手術室のME機器総論

讃岐美智義 NHO呉医療センター

・手術室のME機器を安全に使用するには

臨床研究部長・中央手術部長・麻酔科科長

・5～10年目のオペナースがME機器について知っておくメリット

1章 手術室のモニタリング関連機器

讃岐美智義 NHO呉医療センター

<循環モニター>

臨床研究部長・中央手術部長・麻酔科科長

・心電図

・非観血的血圧測定(自動血圧計)

・観血的動脈圧モニター

・心拍出量推定APCO(各社APCO、Acumen HPI)

・中心静脈カテーテル(CVP、ScvO2)

・肺動脈カテーテル(PAP、CCO、SvO2)

・経食道心エコー

・血液ガス分析装置

<呼吸・ガスモニター>

・パルスオキシメータ

・カブノメータ

・気道内圧・換気量モニター

・麻酔ガスモニター

<体温・神経・筋モニター>

・体温(中枢温、末梢温)

・処理脳波(BISモニター、Sedline®)

・筋弛緩モニター

・脳組織酸素飽和度モニター

広告締切

申込締切日: 2025.6.27 版下出版社必着: 4C 2025.6.27 1C 2025.7.10 綴込 2025.7.15

広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	250,000	205×172【断ち切り】
表2	カラー	1頁	230,000	257×182【断ち切り】
表3	カラー	1頁	210,000	257×182【断ち切り】
目次裏*	カラー	1頁	180,000	257×182【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	257×182【断ち切り】
記事※	1色	1頁	80,000	220×150
記事※	1色	1/2頁	50,000	105×150
綴込		1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロあり印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。

(株)メディカ出版 総広告代理店

株式会社 メディカ・アド

〒105-0013

東京都港区浜松町1-12-9 第一長谷川ビル2F

TEL:03-5776-1853 FAX:03-5776-1854

担当:営業部

● 広告原稿は完全データをお願いします。 ※ 広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。

● 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。

● 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。

● 企画内容が変更になる場合があります。

* 掲載場所につきまして、目次裏、もしくは目次対向のどちらのページへの掲載かはお任せください。

2025年秋季増刊 (2025.8.25 頃発売予定 発行 25,000 部 約 240ページ B5判)

手術室医療看護専門誌

オペナーシング 増刊

最新情報、機器ごとの注意点、アセスメントに使える知識が学べるQ&Aつき！

麻酔科医・さぬちゃん先生 & エキスパート臨床工学技士が

基本情報からトラブル対応までわかりやすく解説！

手術室のME機器

プランナー・監修：讃岐美智義 NHO呉医療センター 臨床研究部長・中央手術部長・麻酔科科長

2章 手術室の手術・麻酔関連機器

岡野慎也 NHO呉医療センター ME管理室 臨床工学技士

- ・手術台
- ・麻酔器

3章 手術室の輸液関連機器

村高拓央 NHO呉医療センター ME管理室 臨床工学技士

- ・輸液ポンプ
- ・シリンジポンプ
- ・輸血・輸液加温システム

4章 手術室の人工呼吸器関連機器

岡野慎也 NHO呉医療センター ME管理室 臨床工学技士

- ・人工呼吸器
- ・高流量鼻カニューラ(HFNC)
- ・非侵襲的陽圧換気(NPPV) マスク

5章 手術室の血液浄化関連機器

市川峻介 NHO呉医療センター ME管理室 主任臨床工学技士

- ・持続的血液浄化療法(CBP)
- ・自己血回収装置

6章 手術室の補助循環関連機器

半田宏樹 NHO呉医療センター ME管理室 副臨床工学技士長

- ・大動脈内バルーンパンピング(IABP)
- ・人工心肺
- ・経皮的心肺補助法(PCPS)
- ・NO(一酸化窒素)吸入療法
- ・補助人工心臓(VAS)
- ・補助循環用ポンプカテーテル(Impella)

広告締切

申込締切日: 2025.6.27 版下出版社必着: 4C 2025.6.27 1C 2025.7.10 綴込 2025.7.15

広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	250,000	205 × 172【断ち切り】
表2	カラー	1頁	230,000	257 × 182【断ち切り】
表3	カラー	1頁	210,000	257 × 182【断ち切り】
目次裏*	カラー	1頁	180,000	257 × 182【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	257 × 182【断ち切り】
記事※	1色	1頁	80,000	220 × 150
記事※	1色	1/2頁	50,000	105 × 150
綴込		1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロあり印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。

(株)メディカ出版 総広告代理店

株式会社 メディカ・アド

〒105-0013
東京都港区浜松町1-12-9 第一長谷川ビル2F
TEL: 03-5776-1853 FAX: 03-5776-1854
担当: 営業部

● 広告原稿は完全データをお願いします。 ※ 広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。

● 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。

● 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。

● 企画内容が変更になる場合があります。

* 掲載場所につきまして、目次裏、もしくは目次対向のどちらのページへの掲載かはお任せください。

2025年秋季増刊 (2025.8.25 頃発売予定 発行 25,000 部 約 240ページ B5判)

手術室医療看護専門誌

オペナース 増刊

最新情報、機器ごとの注意点、アセスメントに使える知識が学べるQ&Aつき！

麻酔科医・さぬちゃん先生 & エキスパート臨床工学技士が

基本情報からトラブル対応までわかりやすく解説！

手術室のME機器

プランナー・監修：讃岐美智義 NHO呉医療センター 臨床研究部長・中央手術部長・麻酔科科長

7章 手術室の診断・治療関連機器

多賀谷正志 NHO呉医療センター ME管理室 臨床工学技士長

- ・除細動器
- ・(一時)ペースメーカ
- ・電気メス(モノポーラ、バイポーラ)、超音波凝固切開装置、ベッセルシーリングシステム、その他エネルギーデバイス
- ・超音波吸引装置
- ・レーザ手術装置
- ・内視鏡システム
- ・手術用ロボット(da Vinci®, hinotori™、Hugo、MAKO、ROSA)
- ・手術ナビゲーションシステム
- ・術中神経生理学的モニタリング(MEP、SEP、AEPなど)
- ・手術用顕微鏡
- ・超音波診断装置
- ・温風式加温装置
- ・インファントラジアントウォーマー
- ・間欠的空気圧迫装置(フットポンプ)

読者ターゲット 5～10年目のオペナース

本書の概要

近年、医療技術の進歩に伴い、オペナースが手術室で出会うME機器の種類は大幅に増加しています。本書はME機器に対して苦手意識があり、新しい機器について情報のアップデートをする機会がなかなかもてない中堅～ベテランオペナースのために、モニタリング機器を含むME機器の取り扱い(準備・片付け、患者への装着、機械トラブル対応など)を紹介します。

広告締切

申込締切日: 2025.6.27 版下出版社必着: 4C 2025.6.27 1C 2025.7.10 綴込 2025.7.15

広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	250,000	205 × 172【断ち切り】
表2	カラー	1頁	230,000	257 × 182【断ち切り】
表3	カラー	1頁	210,000	257 × 182【断ち切り】
目次裏*	カラー	1頁	180,000	257 × 182【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	257 × 182【断ち切り】
記事	1色	1頁	80,000	220 × 150
記事	1色	1/2頁	50,000	105 × 150
綴込		1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。

(株)メディカ出版 総広告代理店

株式会社 メディカ・アド

〒105-0013
東京都港区浜松町1-12-9 第一長谷川ビル2F
TEL: 03-5776-1853 FAX: 03-5776-1854
担当: 営業部

● 広告原稿は完全データをお願いします。 ※ 広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。

● 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。

● 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。

● 企画内容が変更になる場合があります。

* 掲載場所につきまして、目次裏、もしくは目次対向のどちらのページへの掲載かはお任せください。